

## **Varikozelensklerosierung in OP- Saal 1+2+3+4**

<b>Instrumentarium:</b>		
<b>Phimose- Sieb</b>	<b>1</b>	<b>Aesculap</b>
<b>Bipolar- Kabel mit Pinzette</b>	<b>1</b>	<b>ERBE 20195-028</b>
<b>Geräte:</b>		
<b>Erbe- Gerät</b>	<b>1</b>	<b>Programm: offene OP's, Nr. 4</b>
<b>Mobile OP-Lampe</b>	<b>1</b>	
<b>Röntgengerät</b>	<b>1</b>	<b>Vorbereiten/ Patientendaten eingeben und einstellen</b>
<b>Abdeckung:</b>		
<b>Setpack- Skrotal</b>	<b>1</b>	
<b>sonstiges Zubehör:</b>		
<b>Steriler Lampengriff</b>	<b>1</b>	
<b>2ml Spritze</b>	<b>1</b>	
<b>5ml Spritze</b>	<b>2</b>	
<b>10ml Spritze</b>	<b>1</b>	
<b>20ml Spritze</b>	<b>1</b>	
<b>Kanülen Nr. 14</b>	<b>3</b>	
<b>Braunüle 24GA 0,7x19mm</b>	<b>1</b>	

<b>Scandicain 1% 5ml</b>	<b>4</b>	
<b>NaCl 0,9% 10ml</b>	<b>2</b>	
<b>Softasept gefärbt</b>		<b>Hautdesinfektionsmittel</b>
<b>Sterile Handschuhe</b>		<b>je nach Gebrauch</b>
<b>Äthoxysklerol 3% 2ml</b>	<b>1</b>	<b>mit 1ml Luft in eine 5ml Spritze aufziehen</b>
<b>Kontrastmittel 50ml</b>	<b>1</b>	
<b>Netzhose mit Vorlage</b>	<b>1</b>	
<b>Zügel</b>	<b>1</b>	
<b>Nähte:</b>		
<b>Vicryl 3-0 SH</b>	<b>2</b>	
<b>Serapid 3-0</b>	<b>1</b>	
<b>Vicryl 2-0 5x45cm</b>	<b>1</b>	<b>Ligaturen</b>
<b>Lagerung:</b>		
<b>Rückenlage</b>		<b>s. Lagerungsstandard (MTD-Pflege)</b>
<b>Besonderheiten:</b>		
<b>Achtung:</b>		
<b>Dokumentation der Röntgeneinheit in cGyxcm<sup>2</sup></b>		<b>-Strahlenschutz beachten-</b>
<b>Röntgenschürzen</b>		<b>für alle Anwesenden</b>

erstellt am 25. März 2011 durch Jeannette Kotulla und Heidi Wagner,  
aktualisiert am 18.09.2012 durch Jeannette Sroda